

AVVISO

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO INDETTA AI SENSI DELL'ART. 66 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'ACQUISIZIONE DI UN GC-UHMR E DI UN LC-UHMR DA DESTINARE AL LABORATORIO CHIMICO DI PALERMO – CORREZIONE REFUSI

A **pag. 5** dell'avviso prot. n. 9783/RU del 28/06/2022

- Con riferimento alle caratteristiche minime dello Spettrometro di massa ad alta risoluzione basato su tecnologia quadrupolo/detector ad alta risoluzione da associare a cromatografo liquido (punto 3)

si comunica che alla lettera “k” è stato riportato **erroneamente** un flusso massimo di 2000 uL al posto di 1000 uL (**VALORE CORRETTO 1000uL**)

- Con riferimento alle caratteristiche minime del Cromatografo liquido con sistema di iniezione (punto 4)

si comunica che alla lettera “d” è stato scritto **erroneamente** miscelazione binaria al posto di miscelazione quaternaria (**VALORE CORRETTO MISCELAZIONE QUATERNARIA**)

A **pag. 6** dell'avviso prot. n. 9783/RU del 28/06/2022

- Con riferimento al software (punto 5)

si specifica, così come indicato alla lettera “a”, che i PC richiesti sono **quattro**, due per ogni unità analitica (GC+LC).