

SCHEMA REQUISITI MIGLIORATIVI

Caratteristica		Valore dichiarato (SI/NO)
Intervallo operativo	Comprensivo per intero l'intervallo $\pm 89,5$ °Arco	
	Comprensivo per intero l'intervallo $\pm 89,9$ °Arco	
Risoluzione pari ad almeno $0,0001^\circ$ Arco		
Controllo della temperatura della cella	Comprensivo per intero l'intervallo $15 \div 40$ °C	
	Comprensivo per intero l'intervallo $10 \div 40$ °C	
Precisione dell'impostazione della temperatura della cella di misura $0,1$ °C		